



система оториноларингологии
Моцарт - 25



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



Стандарт конфигурация:

- система аспирации 40 л /мин;
- 1 всасывающая трубка ;
- Светодиодный источник света;
- Оптическое волокно 2,3метра; 4,8mm Terminaz Storz;
- Одноразовые контейнеры 5 (гибкий);
- Аллюминиевые подносы 2;
- ящики для инструментов 2 ;
- контейнер для остатков 2;
- обогреватель зеркал;
- турель для жестких и гибких оптики;
- Осветительные ящики.

технические характеристики:

- мощность 2100 VA;
- Предохранитель : плавка 10АТ;
- потребление энергии: 220V;
- Трансформаторы низковольтные (6V);
- Обмер: 600 x 600 x 869 mm;

дополнительная конфигурация:

- Система орошения горячей воды;
- Электрокоагуляция;
- Пистолет для электрокоагуляции;
- Беспроводная система зарядное устройство для переднего зеркала.
- Зеркала FM - 08 - 7955;



Porto: Rua Gen. Humberto Delgado, 99
4425-653 Pedrouços (MAIA)
t: +351 229 740 120
f: +351 229 733 464
e: filsat@filsat.pt
w: www.filsat.pt

Lisboa: Rua Sidónio Muralha, 7-B
2635-477 Rio de Mouro (SINTRA)
t: +351 219 176 141
f: +351 219 164 082
e: filsat.lisboa@filsat.pt
w: www.filsat.pt

Madrid: Avda. De la Indústria, 29C
28760 Tres Cantos (MADRID)
t: +34 918 060 828
f: +34 918 045 712
e: info@filsat-medical.es
w: www.filsat-medical.es